

# Geräteprüfung nach SNG 482638 (EN 50678/EN 50699, VDE 0701/VDE 0702)

Serie-Nr. Auftrags-Nr.	Beschreibung	Sichtprüfung [ok / nicht ok]	Schutzleiter- widerstand [Ω]  ≤ 0,3Ω bis 5m ≤ 1Ω Festanschl.  Leitungen ≤1,5mm <sup>2</sup>	Isolations- widerstand [MΩ]  ≥ 1MΩ mit Schutzleiter ≥ 0,3MΩ mit Heizung  ≥ 2MΩ ohne Schutzleiter	Ableitstrom [mA]		Funktion [ok / nicht ok]	Datum	Visum
					ID	IB			