

Geräteprüfung nach SNR 462638 (VDE 0701-0702)

Serie-Nr. Auftrags-Nr.	Beschreibung	Sichtprüfung [ok / nicht ok]	Schutzleiter- widerstand [Ω] $\leq 0,3\Omega$ bis 5m $\leq 1\Omega$ Festanschl.	Isolations- widerstand [M Ω] $\geq 1M\Omega$ mit Schutzleiter $\geq 0,3M\Omega$ mit Heizung $\geq 2M\Omega$ ohne Schutzleiter	Ableitstrom [mA]		Funktion [ok / nicht ok]	Datum	Visum
					ID	IB			